






- 技术要求:
- 1.小散射室精准屏蔽框架主体部分由精准屏蔽和粗准屏蔽组成
 - 2.精准屏蔽部分材质为硼铝合金,粗准屏蔽部分材质为金属锆
 - 3.连接部件为铝合金

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS								版本号	
设计 制图 校核 审核 会签 审定 批准				计算机文件名		绘图软件名			
						SolidWorks2012			
				数量	重量	比例	图幅		
			高压谱仪小散射室精准屏蔽框架	1	31.10Kg	1:10	A2		
				共1页		第1页			
				未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造					
				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造					