








- 技术要求:
1. 高压谱仪主散射室飞行管由固定端支架和飞行管组成
 2. 固定端支架材质为铝合金6061材质
 3. 飞行管为2mm烧结B4C拼接而成，烧结B4C的B4C含量不低于98%
 4. 飞行管出口设定为4*4方孔

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				版本号				
设计			高压谱仪主散射室飞行管	计算机文件名		绘图软件名		
制图						SolidWorks2012		
校核				数量	重量	比例	图幅	
审核				1	Kg	1.5	A2	
会签				共1页		第1页		
审定				未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造 未注形位公差按GB/T 1184-k级制造				
批准								